

医疗设备技术需求确认表

设备名称	盖片机	总数量（台/套）	2	预算总金额（万元）	90
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理			
2	技术和性能参数				
2.1	封片方式	胶带封片或盖玻片封片			
2.2	封片速度	≥400片/小时			
• 2.3	封片不足的自检功能	具备			
• 2.4	自动识别功能	识别废弃破损玻片功能或检测胶带使用量			
2.5	染色架输出	≥20片			
2.6	封片要求	兼顾干性或湿性封片			
• 2.7	拓展性	可升级为染色封片工作站			
2.8	化学尾气处理	具备活性炭过滤器			
2.9	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示			
2.10	设备不良事件情况	厂家自报			
*3	配置需求	每台包含盖片机1台及相关配件1套			
*4	配套封闭试剂耗材	具体参数与年用量详见附件			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报			
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）			
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格			
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量			
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费			
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			

医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表

设备名称	盖片机			数量：2台/套
序号	一次性耗材名称	简称	预估3年使用量 (人份/台)	备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材				
具体使用耗材种类和用量				
1	封片		79200张/台	
医学中心（医疗区）卫勤机关审核				
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的 的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。				