

## 医疗设备技术需求确认表

设备名称	残余白细胞计数仪	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	28
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	可实现全自动检测残余白细胞量			
*2	资质认证	通过CFDA认证			
3	技术和性能参数				
• 3.1	成像方式	荧光成像			
3.2	光源	LED光源			
3.3	所需样本量	≤10 μL			
3.4	单样本检测时间	≤1min			
• 3.5	残余白细胞检测范围	(1-100) cell/μL			
3.6	数据管理	可存储检测结果并将数据导出			
3.7	显示屏	显示检测结果等信息			
3.8	报警及安全指标	具备异常提示和安全报警声、光指示			
3.9	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*4	配置需求	主机、电源线			
5	配套试剂耗材	具体参数与年用量详见附件			
6	售后条款				
*6.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*6.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			
6.3	零配件保证供应时长	厂家自报			
6.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）			
*6.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格			
• 6.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量			
• 6.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费			
• 6.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）			
• 6.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训			
6.10	交货期	合同签订后3个月内交货			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			

医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表

序号	一次性耗材名称	简称	预估3年使用量	备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材				
具体使用耗材种类和用量，示例如下：				
1	一次性白细胞计数板	r WBC kit	500	
2				
...				
医学中心（医疗区）卫勤机关审核				
说明：				