

手术器械技术参数需求表

项目编号 (或预算编号)		器械名称	双极电凝钳	总数量（单位）	20	预算总金额 (万元)	25
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		主要用于外科妇产科的腹腔镜手术的临床检查和微创治疗。作用于手术中的电凝、分离、牵引、凝血等功能。				描述手术器械基本需求与主要用途
*2	资质认证		同时具备CFDA、CE认证。				指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
*3	技术和性能参数						此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
	例如（器械名称）		材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量(单位)	
3.1	双极电凝钳		YY/T0294.1-2016的C号钢	配腹腔镜手术使用	直径5mm，工作长度	20把	
4	保修时间		≥1年				
5	交货期		合同签订后3个月内交货				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。							