

医疗设备技术需求确认表

设备名称	轧皮多用机	总数量（台/套）	2台	预算总金额（万元）	44
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于植皮手术中扩展皮制备			
*2	资质认证	具备CFDA认证			
3	技术和性能参数				
3.1	机器功能	双功能：可以轧制网状皮和邮票皮片；可用不同比例滚轴进行扩皮，只需更换滚刀即可达到想要的扩皮效果			
3.2	皮片扩展比例	网状扩皮比例：具备1:3、1:4、1:5； 邮票皮片规格：具备5mm*5mm、7mm*7mm、10*10mm			
3.3	切割器刀片硬度	≥650HV10			
3.4	载皮板规格	宽度≥80mm，长度≥100mm			
3.5	机器消毒方式	整机可以高温高压消毒			
3.6	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
4	配置需求				
4.1	器械	主机底座1台、手柄1把、制网刀具2组、轧皮刀具2组、主机箱1只、工具箱1只			
4.2	配件耗材	载皮板6片			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报			
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）			
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格			
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量			
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费			
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）			
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训			
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
备注：1. 加注 “*” 号的技术指标为关键指标， ≥1项未达到招标文件要求， 即做废标处理。 2. 加注 “ • ” 号的技术指标为重要指标。 3. 加注 “*”、 “ • ” 号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			

设备配套封闭耗材（非试剂类）用量

序号	一次性耗材名称	简称	单台设备配套耗材预估3年用量	备注
一、必须开展的检测治疗				
1	皮片载板	皮片载板	600片	
需求部门	科室人员签字：		科室负责人签字：	
采购单	（盖章）			
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。				