

医疗设备技术需求确认表						
设备名称	电蜡疗机		总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	22
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求	蜡饼制作				
*2	资质认证	具有CFDA认证				
3	技术和性能参数					
3.1	设备最大功率	≤3000VA				
3.2	温度误差	≤±2℃				
• 3.3	熔蜡槽容积	≥100L				
• 3.4	恒温箱容积	≥150L				
3.5	蜡盘尺寸	≥(400×350×20)mm				
3.6	消毒方式	至少满足高温消毒、紫外消毒				
3.7	过滤网材质	不锈钢				
• 3.8	制作蜡饼数	一次性可制作≥20块				
3.9	饼厚度	10mm-20mm多级可调				
3.10	控制面板	≥8寸液晶触摸屏				
*4	配置需求	主机1台 电源线1根				
5	售后条款					
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。				
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供				
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报				
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）				
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格				
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量				
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费				
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）				
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训				
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。						