

技术需求表

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|-------|---|------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 专科手术器械 | | 单价 (万元) | 25.57 | 数量 (项) | 1 | 预算总 金额 (万) | 25.57 |
| 需求类别 | 序 号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | | 备注 |
| 符合性要求 (*号指标 或其他必须 响应条款) | *1 | 基本要求 | 用于儿科腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作 | | | | | |
| | 2 | 配件清单 (描述配件名称 和数量) | 手术器械 9件 | | | | | |
| 资格性要求 (指对产品 或企业投标 资格的要 求) | *3 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA或CE认证 | | | | | |
| 技术性要求 | 4 | 技术和性能参数 | | | | | | |
| | | 器械名称 | 材质 | 操作方式 | 规格型号 | 数量(单 位) | 国产/进口 | |
| | 4.1 | Plastic-Jabaley剪刀 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、超锋利剪 2、上弯 *3、总长12厘米 | 1把 | 进口 | |
| | 4.2 | Stevens Tenotomy剪刀 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、超锋利剪 2、上弯 • 3、缩窄头端 *4、总长18厘米 | 1把 | 进口 | |
| | 4.3 | Metzenbau剪刀 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、超锋利剪 2、上弯 *3总长18厘米 | 1把 | 进口 | |
| | 4.4 | DeBakey镊 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、DeBakey 齿 2、扁柄 3、直头、2毫 米头端 *4、总长19.5 厘米 | 1把 | 进口 | |
| | | | | | | | | |

附件6

| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | 备注 |
|-------|-----|-----------------|-----------|----|---|----|----|
| 技术性要求 | 4.5 | DeBakey镊 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、DeBakey齿 2、扁柄 3、直头、1毫米头端 *4、总长19.5厘米 | 1把 | 进口 |
| | 4.6 | Gerald DeBakey镊 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、DeBakey交错齿 2、扁柄 3、1毫米头端 *4、总长20厘米 | 1把 | 进口 |
| | 4.7 | Jacobson显微持针器 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、适合5-0缝线或更小 2、扁柄、带锁扣 3、直头 4、钻石涂层 *5、总长21厘米 | 1把 | 进口 |
| | 4.8 | Jacobson显微持针器 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、适合5-0缝线或更小 2、圆柄、带锁扣 3、直头 4、钻石涂层 *5、总长21厘米 | 1把 | 进口 |
| | 4.9 | Jacobson显微持针器 | 医用不锈钢 | 无源 | • 1、适合7-0缝线或更小 2、圆柄、带锁扣 3、直头 4、钻石涂层 *5、总长23厘米 | 1把 | 进口 |
| | 5 | 保修时间 | ≥1年 | | | | |

说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理

2. 加注“•”号的技术指标为重要指标

3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料