

# 医疗设备技术需求确认表

设备名称	便器清洗消毒机		总数量（台/套）	2	预算总金额（万元）	30
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求	该产品用于病人便盆，尿壶，湿化瓶，病人脸盆的清洗消毒。				
*2	资质认证	通过ISO13485或 ISO15883				
3	技术和性能参数					
3.1	机器尺寸	可根据科室要求选配				
*3.2	机器款式	立式，前开门，感应自动门				
• 3.3	清洗仓	≥60L；一次冲压成型				
• 3.4	喷头数量	≥10个喷嘴				
3.5	清洗程序	≥3种模式（快捷，标准，加强模式）				
3.6	LED屏幕	控制面板有操作按键可调节清洗模式				
3.7	倾倒方式	清洗舱门关闭自动倾倒				
3.8	舱门开启角度	舱门打开≥90度				
*3.9	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示 故障码				
3.10	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况				
4	安装要求	冷水管，热水管，距地面32cm高污水管，直径10cm, 距离墙面不少于20CM. 电380伏动力电。三相五线，电线不低于6平方				
*5	配置需求	主机X1，软化水X2，便盆X1，便壶X1				
6	售后条款					
*6.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。				
*6.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供				
6.3	零配件保证供应时长	厂家自报				
6.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）				
*6.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格				
• 6.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量				
• 6.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费				
• 6.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）				
• 6.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训				
6.10	交货期	合同签订后3个月内交货				