

手术器械技术参数需求表

项目编号 (或预算编号)	2022-JQ06-W1413	器械名称	股动脉插管 手术器械包	总数量（单位）	2包/套	预算总金额（万元）	73
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		适用于股动脉插管手术				
*2	资质认证		提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证				
3	技术和性能参数						
	器械名称		材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量 (每套)	
• 3.1	持针器		医用不锈钢	手持操作	高尔夫球式手柄，直头，头端钻石粉涂层工艺，带锁扣，头端12mm*1.3mm*2.0mm，用于夹持5-0针，全长21cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.2	持针器		医用不锈钢	手持操作	金把环柄，头端碳化物镶片，夹持0号针，全长20cm	2把	
3.3	医用剪		医用不锈钢	手持操作	黑把环柄，超锋利，弯头，全长18cm	2把	
3.4	医用镊		医用不锈钢	手持操作	圆柄，头宽1.2mm，无损伤齿，带重锤，全长21cm	1把	
3.5	医用镊		医用不锈钢	手持操作	扁柄，头端牙状，全长18cm	2把	
• 3.6	医用镊		医用不锈钢	手持操作	扁柄金把，头端网纹状，头宽1.8mm，金把尾柄，长度20cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.7	止血钳		钛合金材质	手持操作	环柄带锁扣，头端45°，无损伤齿，全长12cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.8	止血钳		医用不锈钢	手持操作	环柄带锁扣，无损伤齿，头端C型，大心耳钳，全长16cm	1把	
3.9	基础外科用钳		医用不锈钢	手持操作	小弯钳，全长16cm	3把	
3.10	基础外科用钳		医用不锈钢	手持操作	头端直角状，小号，全长19cm	1把	
3.11	基础外科用钳		医用不锈钢	手持操作	金把环柄，带锁扣，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度20cm	2把	
3.12	牵开器		医用不锈钢	手持操作	刀柄4号	1把	
• 3.13	外科牵开器		医用不锈钢	手持操作	头端3*4齿，全长13cm，带关节（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.14	手术刀柄		医用不锈钢	手持操作	圆柄，工作端刃头刀片弧形，刀刃内弯，可更换刀头，手术刀外径≥6mm，刀柄长≥200mm，手柄握持部位有花纹，不易滑动，其硬度不低于650HV10（需带样品和硬度证明材料）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4	保修时间		≥1年				
5	交货期		合同签订后3个月内交货				

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。			
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。			
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			