

医疗设备技术需求确认表

设备名称	阴道镜	总数量（台/套）	2	预算总金额（万元）	38
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于对阴道、子宫颈和外阴进行放大观察，以帮助诊断异常部位及选取活检部位			
*2	资质认证	CFDA认证			
3	技术和性能参数	此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等			
3.1	镜头参数				
*3.1.1	成像系统	1080P高清镜头，具备连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能			
3.1.2	放大倍数	放大倍数≥60倍			
3.1.3	视场范围	≥ φ 100mm (3X)， ≥ φ 15mm (18X)			
• 3.1.4	景深	≥40mm (5X) 高于100mm （6X）更优， ≥5mm (18X)			景深数值
3.1.5	图像几何失真度	≤1%			
3.1.6	空间分辨率	≥14 lp/mm			
• 3.1.7	输出接口	有两个独立的高清视频接口：HDMI接口及DVI接口，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，脱离工作站软件独立观察图像			
• 3.1.8	操作按键	按键具备防水功能。布局合理，可单手操作，镜头手柄可一键采集图像采集			
3.2	工作站功能				
3.2.1	随访管理	具有自动提示患者随访管理功能，具有病例重点关注功能			
• 3.2.2	同屏显示	支持镜头扣手按键一键采集，采集图像同时同屏显示，图像数量≥10幅			
• 3.2.3	语音提示	具备语音提示操作功能			
3.2.4	存储	病历存储≥50000份，支持病历查找，编辑，删除，导入，导出等功能			
3.2.5	打印报告	具有报告打印、编辑功能。			
3.3	网络应用				
3.3.1	接口	具有DICOM 3.0数据交换接口			
3.3.2	协议接口	可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统			
*4	配置需求(单台套)	电子阴道镜镜头1套；镜头支架1套；工作站1套；彩色激光打印机1台			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报	
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格	
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费	
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）	
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			