

医疗设备技术需求确认表

设备名称	立体定向剂量验证系统	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	49
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于立体定向技术（SRS/SRT/SBRT）端对端的测试，可通过胶片，电离室进行剂量验证，满足非共面放疗模式。			
2	资质认证				
*2.1	CFDA认证	具备			
• 2.1	FDA认证或CE认证	具备			
3	技术和性能参数				
*3.1	胶片功能	胶片插件，膜体可插入胶片			
*3.2	电离室插件	膜体可插入电离室			
3.3	CT/MRI插件	膜体可进行CT/MRI影像融合			
3.4	非共面	MRI图像采集膜体			
3.5	匀质间隔插件	进行CT-CBCT，CT-EPID图像融合			
3.5	固定装置	可固定在治疗床上			
3.7	材料	有机玻璃(PMMA)			
*4	配置需求	主机1台、(胶片插件、电离室插件、 CT/MR 影像融合插件、均匀匀质插件)各1个			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按355日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报			
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）			
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格			
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量			
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费			
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）			
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训			
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			