

服务项目质量技术标准表

服务项目名称	制氧机维保 型号：PTSI-1000PLO/PTSI-2000/PTSI-4000 启用日期：2008.03	限价 (万元)	48.00
1. 服务的内容和范围	涵盖制氧机及其附件的保养、油滤空滤的更换及相关辅材的更换		
2. 服务标准要求			
*2.1 投标企业资格：	须具有制氧机配套空压机维修企业资格，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。		
*2.2 技术实力：	在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年，配备全职专业维修工程师≥3名。		
•2.3 保养服务：	提供2次保养服务，包括设备安全检查、运行状态检查、更换易损耗件等，每次完成后向院方提供书面保养报告及整机质量评估报告。		
•2.4 备件保证：	所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求，维修备件确保100%供应保障且质保期≥3个月。		
•2.5 维修档案：	每次维修后及时提供维修报告。		
*3. 验收与考核办法	厂家提供更换材料清单并配合医工验收，保证设备正常运行，更换辅材提供3个月保修。		
4. 服务续期期限	每半年进行单次保养		
*5. 其他条件及方式等	合同签订后，每次服务结束支付50%合同款。		
备注：1. 加注“*”的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标技术参数要求，即做废标处理； 2. 加注“●”的技术指标为重要指标； 3. 加注“*”、“●”的技术指标均需投标企业提供证明材料。			