

医疗设备技术需求确认表

设备名称	防褥疮垫	总数量 (台/套)	80	预算总金额 (万元)	6.4
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	适用于无法移动的患者			
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸				
3.1.1	长度	(1950-1955)mm			
3.1.2	宽度	(880-885)mm			
3.1.3	高度	(100-110)mm			
• 3.2	外套	表面 PU 薄膜复合，防水透气，可透 X 光。			
3.3	内芯	适应人体曲线的软硬双层海绵,可根据个人睡眠习惯选择。上层（软面）为波浪型设计，可有效分解人体压力，减少褥疮的发生。			
*4	配置需求（单台套）	防褥疮垫 1 张			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					