

采购需求表（物资类）

采购单位：（业务部门盖章）

项目名称	婴幼儿手术转运推车		最高限价（万元）	6（2 辆）	
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容	是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求					
1	基本要求	★	用于婴幼儿患者安全转运	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
2	标准规范	▲	具备 NMPA (CFDA) 认证	否	认证材料
3	规格尺寸	▲	（1800×900×500）mm，误差±10mm	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
4	床体材质		ABS 与不锈钢结合	否	
5	背部升降角度范围		≥（0-70）°	否	
6	腿部升降角度范围		≥（0-35）°	否	
7	护栏	▲	全覆盖式护栏	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
8	载重		≥120kg	否	
9	脚轮		万向静音脚轮，具备刹车功能	否	
10	输液架	▲	具备 4 个输液架插孔，1 个可伸缩输液架	否	产品彩页、说明书或技术白皮书

11	配置要求 (每台套)	★	推车 1 辆、床垫 1 个、置物筐 1 个、置物袋 1 个、输液架 2 个、枕头 1 个、束缚带 4 条	否	企业承诺
<p>注：1. ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为 0 分；</p> <p>2. 采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；</p> <p>3. ★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；</p>					