

采购需求表（物资类）

项目编号			项目名称	后装转运床	最高限价 (万元)	90（1台）	
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容			是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求							
1	主要用途	★	用于宫颈癌等后装放疗患者在治疗室、CT定位室以及磁共振定位室间的转运和治疗实施，实现患者在施源器插入、施源器固定、模拟定位、照射治疗等过程中的体位一致性，提升患者治疗精度			否	产品彩页、说明书或技术白皮书
2	标准规范	★	具备NMPA（CFDA）认证			否	认证材料
3	外形尺寸		长（1500-2100）mm，宽（500-720）mm			否	
4	承重	★	≥180kg			否	产品彩页、说明书或技术白皮书
5	扫描区域对MR图像质量无影响		具备			否	
6	升降高度范围		≥（720-850）mm			否	
7	电源	▲	配备蓄电池，连续工作时间≥1小时			否	产品彩页、说明书或技术白皮书
8	采用气悬浮转移技术		具备			否	
9	磁兼容性	★	具备，整车必须满足在≤3.0T MR核磁环境下使用要求，提供转运床对3.0T MR设备的安全性、磁场影响的验证报告证明			否	验证报告
10	床体高度		床体高度可电动调节，具备床体高度记忆功能			否	
11	转移板固定装置		转移车设有转移板固定装置，且转移床板卡扣可以与CT/MR床板固定卡扣匹配			否	
12	对接定位架		分别配置CT/MR用对接定位架			否	
13	施源器夹紧装置		施源管夹紧装置具有≥3轴的360° 旋转功能			否	
14	脚托装置		具备多维可调的适用于CT/MR成像材质的脚托装置，小腿支撑的仰角和高度均多档可调，脚托张开角度范围≥（0-100）°			否	
15	车体脚轮可一键锁紧	▲	具备			否	技术白皮书或其他相关证明材料

16	配置要求	★	转运车1台；转移床板1套；左脚托支架1个；右脚托支架1个；施源器夹紧装置2套；CT对接定位架2套；MR对接定位架2套；输液架1个；PU床垫2个，	否	企业承诺
经济要求					
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定	否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	物资到货（服务完成）验收后付95%	否	企业承诺
3	履约保证金/质量保证金	★	验收合格后满一年无质量问题支付剩余5%	否	企业承诺
4	售后服务1（质保）	★	保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）	是	原厂授权（企业承诺）
5	售后服务2（质保）	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训	否	企业承诺
6	售后服务3（响应时间）	★	维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时	否	企业承诺
7	备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应	否	企业承诺
3	技术偏离要求	▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分			