

技术需求表

项目名称	专科手术器械		单价 (万元)	73.41	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	73.41
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 (*号指标或其他必须响应条款)	*1	基本要求	用于儿科腹腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作					
	2	配件清单 (描述配件名称和数量)	手术器械 28件					
资格性要求 (指对产品或企业投标资格的要求)	*3	资质认证1	具备CFDA、FDA或CE认证					
技术性要求	4	技术和性能参数						
		器械名称	材质	操作方式	规格型号	数量(单位)	国产/进口	
	4.1	组织镊	医用不锈钢	无源	1、扁柄 • 2、 1.2mm 阶梯头端 3、1x2齿 *4、总长12cm	3把	进口	
	4.2	组织镊	医用不锈钢	无源	1、扁柄 • 2、1.2mm 头端 3、1x2齿 *4、总长12cm	3把	进口	
	4.3	组织镊	医用不锈钢	无源	1、DeBakey齿 2、扁柄 3、直头 • 4、1毫米中细头端 *5、总长15cm	2把	进口	
	4.4	手术剪	医用不锈钢	无源	• 1、超锋利剪 2、上弯 *3、总长12cm	2把	进口	

附件6

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容				备注
技术性要求	4.5	手术剪	医用不锈钢	无源	• 1、超锋利剪 2、直尖 *3、总长12cm	2把	进口
	4.6	手术剪	医用不锈钢	无源	• 1、超锋利剪 2、直钝 *3、总长10cm	3把	进口
	4.7	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合5-0缝线或更小 2、弓形环状手柄 3、钻石涂层 *4、总长13cm	2把	进口
	4.8	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合5-0缝线或更小 2、环状手柄 3、钻石涂层 *4、总长13cm	2把	进口
	4.9	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合5-0缝线或更小 2、环柄 3、钻石涂层 *4、总长14.5cm	2把	进口
	4.10	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合3-0缝线或更小 2、2毫米碳镶加重头端 3、环柄 *4、总长15cm	2把	进口
	4.11	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合5-0缝线或更小 2、凹槽扁柄 3、带锁扣 4、直头 5、钻石涂层 *6、总长18.5cm	2把	进口
	4.12	持针器	医用不锈钢	无源	• 1、适合3-0缝线或更小 2、2毫米碳镶头端 3、环柄 *4、总长18cm	2把	进口

附件6

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容				备注
	4.13	放大镜	医用不锈钢	无源	1、头戴式 • 2、3.5倍 3、广角手术放大镜	1把	进口
	5	保修时间	≥1年				
说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料							