

技术需求表

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------|--|--------|---------------|-------|
| 项目名称 | 专科手术器械 | | 单价 (万元) | 61.74 | 数量 (项) | 1 | 预算总金额 (万元) | 61.74 |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | | 备注 |
| 符合性要求 (*号指标 或其他必须 响应条款) | *1 | 基本要求 | 用于儿科腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作 | | | | | |
| | 2 | 配件清单 (描述配 件名称和 数量) | 手术器械 25件 | | | | | |
| 资格性要求 (指对产品 或企业投标 资格的要 求) | *3 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA或CE认证 | | | | | |
| 技术性要求 | 4 | 技术和性能参数 | | | | | | |
| | | 器械名称 | 材质 | 操作方式 | 规格型号 | 数量(单位) | 国产/进口 | |
| | 4.1 | 小儿脑室镜 | 德国进口钢材 | 有源 | • 1、小儿脑室镜， 广角，0°内 镜，目镜带弯角 2、外径≤3.6mm，长度≥18cm 3、工作通道≤1.6mm，带吸引冲 洗通道≤0.8mm 4、可高温高压灭 菌，带冲洗转接 头。 5、内置导光纤 维，标记色：绿 色，与小儿操作 鞘配合使用。 | 1把 | 进口 | |
| | 4.2 | 操作鞘 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、操作鞘，外 径≤4.5mm，工作 长度≥13.3cm 2、配合小儿脑室 镜使用。 | 1把 | 进口 | |

附件6

| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | 备注 |
|-------|------|-------|-----------|----|---|----|----|
| 技术性要求 | 4.3 | 鞘芯 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、鞘芯、与操作鞘配合使用 | 1把 | 进口 |
| | 4.4 | 剪刀 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、剪子，单作用夹片，半刚性 2、直径≤1.3mm、有效工作长度≥30 cm | 1把 | 进口 |
| | 4.5 | 活检钳 | 德国进口钢材 | 有源 | 1、活检抓钳，双作用夹片，半刚性 2、直径≤1.3mm、有效工作长度≥30 cm | 1把 | 进口 |
| | 4.6 | 抓钳 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、抓钳，双作用夹片，半刚性 2、直径≤1.3mm、有效工作长度≥30 cm | 1把 | 进口 |
| | 4.7 | 造瘘钳 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、造瘘钳，软性设计 2、直径≤1.0mm，有效工作长度 ≥30cm | 1把 | 进口 |
| | 4.8 | 双极 | 钢材加银质 | 有源 | 1、双极电凝电极，半刚性 2、直径≤1.3mm，有效工作长度≥30 cm | 1把 | 进口 |
| | 4.9 | 双极连线 | 硅胶 | 有源 | 1、双极高频电缆，长≥300 cm | 1把 | 进口 |
| | 4.10 | 0° 内镜 | 德国进口钢材和光纤 | 有源 | • 1、0° 直视式内镜广角， 2、直径 ≤4 mm、长≥18 cm、 3、可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：绿 | 1把 | 进口 |

附件6

| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | 备注 |
|-------|------|--------|-----------|----|---|----|----|
| 技术性要求 | 4.11 | 30° 内镜 | 德国进口钢材 | 有源 | • 1、30° 斜视镜，广角 2、直径≤4mm、长≥18cm、 3、可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：红 | 1把 | 进口 |
| | 4.12 | 0° 内镜 | 德国进口钢材 | 有源 | • 1、0° 斜视镜，广角 2、直径≤3mm、长≥14cm 3、可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：绿 | 1把 | 进口 |
| | 4.13 | 30° 内镜 | 德国进口钢材 | 有源 | • 1、30° 斜视镜，广角 2、直径≤3mm、有效工作长度≥14cm 3、可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：红 | 1把 | 进口 |
| | 4.14 | 剥离子 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、解剖刀，尖，头端45° 上弯 2、尺寸≤3mm，长度≥25cm 3、圆形压蛇板，带有圆形手柄 | 1把 | 进口 |
| | 4.15 | 剥离子 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、双头剥离子，半锋利半钝形，有刻度 2、长度≥26cm | 1把 | 进口 |
| | 4.16 | 镰状刀 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、解剖刀，有套叠刨刀，镰状刀样 2、长度≥23cm | 1把 | 进口 |

附件6

| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | 备注 |
|-------|------|------|-----------|----|---|----|----|
| 技术性要求 | 4.17 | 挂圈 | 德国进口钢材 | 无源 | 1. 刮匙，钝，弧形柄，带有圆形手柄； 2. 内径 $\leq 3\text{mm}$ ，长度 $\geq 25\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.18 | 挂圈 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、环形刮匙，圆形，有弹性，尖端成角 $\geq 45^\circ$ 2、内径 $\leq 3\text{mm}$ ，长度 $\geq 25\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.19 | 咬切钳 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、粘膜咬切钳，有效工作长度 $\geq 13\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.20 | 反咬钳 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、反咬钳，上沿后切口； 2、有效工作长度 $\geq 10\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.21 | 取瘤钳 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、钳，圆形匙； 2、直径 $\leq 2.5\text{mm}$ ，有效工作长度 $\geq 18\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.22 | 剪刀 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、剪刀、直、有小手柄； • 2、工作长度 $\geq 18\text{cm}$ | 1把 | 进口 |
| | 4.23 | 剪刀 | 德国进口钢材 | 无源 | • 1、外鞘 360° 可旋转，头端上弯 $\geq 45^\circ$ • 2、工作长度 $\geq 18\text{cm}$ | 1把 | 进口 |

附件6

| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | 备注 |
|-------|------|------|-----------|----|---|----|----|
| 技术性要求 | 4.24 | 吸引管 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、吸引管，末端上弯呈球型，有固定盘和剪切洞； 2、外径≤3mm，工作长度≥13cm | 1把 | 进口 |
| | 4.25 | 吸引管 | 德国进口钢材 | 无源 | 1、吸引管，末端下弯呈球型，有固定盘和剪切洞； 2、外径≤3mm，工作长度≥13cm | 1把 | 进口 |
| | 5 | 保修时间 | ≥1年 | | | | |

说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理

2. 加注“●”号的技术指标为重要指标

3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料