

技术需求表

项目名称	专科手术器械		单价 (万元)	70.90	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	70.90
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 (*号指标或其他必须响应条款)	*1	基本要求	用于儿科腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作					
	2	配件清单 (描述配件名称和数量)	手术器械 9件					
资格性要求 (指对产品或企业投标资格的要求)	*3	资质认证	具备CFDA、FDA或CE认证					
技术性要求	4	技术和性能参数						
		器械名称	材质	操作方式	规格型号	数量(单位)	国产/进口	
	4.1	膀胱镜	医用不锈钢	有源	• 1、直径：9.5Fr.、视向角6 °、工作长度13cm。 • 2、镜身外径9.5Fr.-11Fr.、镜身逐渐增粗。 3、可高温高压消毒。 • 4、两侧灌注通道、6Fr.工作通道、最大可使用5Fr.器械。	1把	进口	

附件6

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容				备注
技术性要求	4.2	儿童输尿管镜	医用不锈钢	有源	<ul style="list-style-type: none"> • 1、直径：7.3Fr、视向角：6°、工作长度25cm。 • 2、头端7.3Fr.、镜身外镜7.3Fr.-7.6Fr.、镜身逐渐增粗。 3、可高温高压消毒。 • 4、两侧灌注通道、3.6Fr.工作通道、最大可使用3Fr.器械。 	1把	进口
	4.3	儿童输尿管镜	医用不锈钢	有源	<ul style="list-style-type: none"> • 1、输尿管镜套装、8Fr.、6°、工作长度34cm • 2、头端7Fr.、镜身外镜8Fr.-12Fr.、镜身逐渐增粗。 3、可高温高压消毒。 4、两侧灌注通道、5Fr.工作通道、最大可使用4Fr.器械。 	1把	进口
	4.4	儿童输尿管镜	医用不锈钢	有源	<ul style="list-style-type: none"> • 1、输尿管镜、9.5Fr.、6°、两段、9.5-13.5Fr.、长度43cm。 2、可高温灭菌、目镜成角、集成光纤传输、2个侧面冲洗孔、1个工作通道6Fr.用于5Fr.的器械 	1把	进口
	4.5	异物钳	医用不锈钢	无源	<ul style="list-style-type: none"> 1、抓钳前端为无创锯齿形、双动钳夹、软性设计。 2、直径：3Fr、长度：28cm 	1把	进口

附件6

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容				备注
	4.6	异物钳	医用不锈钢	无源	1、活检抓钳前端为勺型、双动钳夹、软性设计。 2、直径：3Fr、长度：28cm	1把	进口
	4.7	异物钳	医用不锈钢	无源	1、抓钳、用于抓取结石碎片、双动钳夹、硬性设计。 2、直径：4Fr、长度：60cm	1把	进口
	4.8	腹腔镜持针器	医用不锈钢	无源	1、持针器、优化设计手柄带锁齿、左弯钳夹。 • 2、直径：5mm、长度：33cm	1把	进口
	4.9	腹腔镜持针器	医用不锈钢	无源	1、持针器、直形手柄、有锁齿。 • 2、直径：3mm、长度：20cm	1把	进口
	5	保修时间	≥1年				

说明：1. 加注 “*” 号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理
2. 加注 “●” 号的技术指标为重要指标
3. 加注 “*”、“●” 号的技术指标均需投标企业提供证明材料