

技术需求表

项目名称	专科手术器械		单价 (万元)	46.62	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	46.62
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 (*号指标 或其他必须 响应条款)	*1	基本要求	用于心外科微创冠脉搭桥、微创换瓣小切口手术中各种 常规及复杂疑难手术操作。					
	2	配件清单 (描述配件名 称和数量)	手术器械 14件					
资格性要求 (指对产品 或企业投标 资格的要 求)	3	* 资质认证1	具备NMPA认证					
		资质认证2	具备FDA或CE认证					
技术性要求	4	技术和性能参数						
		器械名称	材质	操作方式	规格型号	数量(单位)		
	4.1	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、全长(510-550)mm 2、弧形杆	1把		
	4.2	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、旋转臂组件，立轴 长(580-600)mm 2、横轴长220mm	1把		
	4.3	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、立体立柱 2、全长(580-600)mm	1把		
	4.4	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、支撑链接锁紧装置 器高度(60-80)mm 2、操作固定宽度(35- 55)mm	2把		
	4.5	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、连接支撑器，带锁 紧装置 2、连接柱长(55- 65)mm	2把		
	4.6	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、手摇式牵开器，带 钢丝绳，牵引钩 2、宽(145-155)mm	2把		

附件6

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容				备注
技术性要求	4.7	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、手摇式牵开器，立轴长（300-310）mm 2、横轴长（230-240）mm	2把	
	* 4.8	外科牵开器	医用不锈钢	无源	1、牵开器距离（155-165）mm 2、臂长（55-65）mm	1套	
	• 4.9	腹腔用拉钩装置器	医用不锈钢	无源	1、弧形钝单齿，长度（133-143）mm 2、齿宽16mm	1把	
	4.10	外科牵开器	医用不锈钢	无源	1、牵开距离（144-154）mm 2、臂长（185-195）mm 3、叶片尺寸（100-110）mm×（30-40）mm	1套	
	5	保修时间	≥1年				

说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理

2. 加注“•”号的技术指标为重要指标

3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料