

## 技术需求表（通用物资）

项目名称	头部伽马刀核磁定位专用线圈		单价 (万元)	80	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	80
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 (*号指标或其他必须响应条款)	*1	基本要求	提供用于西门子生产Magnetom Skyra型核磁使用伽马刀头部定位专用线圈					
	*2	配置要求	核磁使用伽马刀头部定位专用线圈1套					
	3	其他符合性条款	无					
资格性要求 (指对产品或企业投标资格的要求)	1	产品资格	线圈适用于西门子生产Magnetom Skyra型核磁使用伽马刀头部定位专用线圈					
	2	企业资格	无特殊要求					
	3	其他资格性条款	投标企业过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生					
技术性要求	•1	技术力量	配备全职原厂授权维修工程师≥4名					
	•2	性能指标	提供安全和性能检测报告					
	•3	售后服务	质保期：12个月					
	•4	质量控制	更换的备件安装完成且设备运行稳定，经医学工程科出具维修记录单确认验收合格					
说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料								