

手术器械技术参数需求表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------|-----------------------------|---------|--|----------------|--------------------------|
| 项目编号 (或预算编号) | 2022-JQ06-W1410 | 器械名称 | 胸腔镜肺段手术器械 | 总数量（单位） | 2套 | 预算总金额（万元） | 59 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | | 招标参数和性能要求 | | | | 备注 |
| *1 | 基本要求 | | 腔镜下使用，可通过穿刺器 | | | | |
| *2 | 资质认证 | | 国家相关部门备案生产企业，各手术器械有备案凭证或注册证 | | | | |
| • 3 | 技术和性能参数 | | | | | | |
| | 器械名称 | | 材质 | 操作方式 | 规格型号 (直径、长度等) | 数量(单位) (本包) | |
| 3. 1 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，弧弯高10mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 2 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，弧弯高15mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 3 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，弧弯高20mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 4 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，弧弯高25mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 5 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，角弯高15mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 6 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，角弯高20mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 7 | 止血钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节 无损伤齿，折角135°，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 8 | 海绵钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节头宽10mm，波浪状防滑齿，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 9 | 海绵钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节蛇形头宽8mm，横齿，有锁扣。（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 10 | 海绵钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，香蕉形头宽10mm，斜齿，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 11 | 海绵钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。头部单面张开，双关节头宽10mm，无齿，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 12 | 淋巴结钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。子弹形头部双面张开，双关节，钳臂向外扩张，头宽8mm，有锁扣（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 13 | 吸引管 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长430mm，内径6mm。小手柄式，小弧弯，配多个螺纹头，配通条；皮管连接处可随皮管转动，避免术中皮管褶皱（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| 3. 14 | 持针钳 | | 304不锈钢 | 腔镜下手持 | 总长340mm，杆径5.5mm。碳化钨防滑钳头，微弯，头部单面张开，双关节，有锁（需带样品） | 2个 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度 |
| *4 | 保修时间 | | ≥1年 | | | | |
| 5 | 交货期 | | 合同签订后3个月内交货 | | | | |

备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。

2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。

3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。