

手术器械技术参数需求表

项目编号	2022-JQ06-W3544	器械名称	单孔胸腔镜手术 肺叶器械包	总数量（单位）	2套	预算总金额（万元）	40
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		止血钳用于钳夹血管或出血点、胸腔组织钳用于夹持组织 钳夹血管；肺叶钳用于夹提，牵引肺叶；胸腹吸引管用于胸外科手术中起引流作用等				
*2	资质认证		国家相关部门备案生产企业，各手术器械有备案凭证或注册证				
• 3	技术和性能参数						
	例如（器械名称）		材质	操作方式	规格型号 （直径、长度等）	数量(单位) （本包）	
3. 1	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯15度；钳头长75mm内侧为无损伤（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 2	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯60度（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 3	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯30度；钳头长75mm内侧为无损伤（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 4	胸腔组织钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为320mm；有锁扣；钳头长40mm内侧为碗状（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 5	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；角高30mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长90mm内侧为无损伤（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 6	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头直45度；钳头长75mm内侧为无损伤（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 7	心房持针钳		630不锈钢	手持操作	杆经为6mm；总长度为340mm；头弯15度，有锁扣；钳头长14mm内侧有镶片（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 8	肺叶钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为330mm；有锁扣；角弯25度；钳头长50mm内侧横齿；小三角形头状（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 9	抓钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头部弯30度；高度19mm；头宽10mm；钳头长60mm内侧成碗状；圆形头状（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 10	心脏手术剪		630不锈钢	手持操作	杆经为6mm；总长度为340mm；无锁扣；头弯25度；（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 11	胸腹吸引管		630不锈钢	手持操作	部外径D：Φ6±0.3mm 头弯30度 长度为360mm，带手柄（需带样品）	1支	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 12	打结钳		630不锈钢	手持操作	部外径D：Φ4±0.3mm V型长度为330mm，带手柄（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 13	胸腔组织钳		630不锈钢	手持操作	杆经为6mm，总长度为340mm，头宽10，有锁扣，钳头长75mm内侧无齿（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 14	胸骨牵开器		630不锈钢	手持操作	总行径250mm，叶宽45mm，叶高36mm，单叶片可活动（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 15	缝合钳		630不锈钢	手持操作	杆经为8mm；总长度为340mm；双关节有锁扣；2折弯；钳头长90mm内侧为无损伤；3片叶夹齿食管用于缝合；钳子外表光滑、无锋棱、无毛刺、无锐边、无裂纹（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 16	止血钳		630不锈钢	手持操作	杆经为5.5mm；角高30mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长50mm内侧为无损伤（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
3.17	止血钳	630不锈钢	手持操作	杆经为6mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长75mm内侧无齿；月牙状（下口）（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.18	胸骨牵开器	630不锈钢	手持操作	总行径200mm，叶宽40mm，叶高35mm，单叶片（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.19	胸腹吸引管	630不锈钢	手持操作	部外径D：Φ6±0.3mm 头一折弯 长度为360mm，带手柄（需带样品）	1支	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.20	胸腔组织钳	630不锈钢	手持操作	杆经为6mm，总长度为340mm，头宽10，有锁扣，钳头长75mm内侧有齿（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4	保修时间	≥1年				
5	交货期	合同签订后3个月内交货				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。						