

手术器械技术参数需求表

项目编号 (或预算编号)	2022-JQ06-W3538	器械名称	小儿心脏手术 基础包	总数量（单位）	2包/套	预算总金额（万元）	38
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		适用于小儿心脏手术基础包器械				
*2	资质认证		提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证或 ISO13485认证				
3	技术和性能参数						
	器械名称		主材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量 (单套)	
3.1	持针器		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	金把环柄，头端碳化物镶片，夹持0号针，全长20cm	2把	
3.2	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	弯头全齿，全长18cm	10把	
3.3	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端直角状，小号，全长19cm	1把	
3.4	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端直角状，大号，全长24cm	1把	
3.5	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端弯，全长24cm	2把	
3.6	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端弯半齿，全长19cm	2把	
3.7	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	弯头，全齿，全长12.5cm	30把	
3.8	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	小弯16cm	4把	
3.9	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端不带锁，夹持管道用，全长18cm	6把	
3.10	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	金把环柄，头端碳化物镶片，夹持钢丝用，全长18cm	2把	
3.11	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄，头端鼠齿装，全长19cm	6把	
3.12	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	巾钳，全长13cm	6把	
3.13	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端C型，横齿，全长23cm	1把	
3.14	基础外科用钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度20cm	2把	
3.15	基础外科用夹钳		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	扁柄，头端无损齿，头宽2.7mm，全长24cm	4把	
3.16	医用剪		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端缩窄钝头，弯，长度21cm	1把	
3.17	医用剪		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	金把弯头，长度20cm	2把	
3.18	医用剪		医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄，弯头，小儿钢丝剪，全长12cm	1把	

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求				备注
3. 19	医用剪	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄，头端钝头刀片弯，全长23cm	1把	
3. 20	医用剪	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄，剪线用，全长19cm	1把	
3. 21	医用剪	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄，剪管道用，全长18cm	1把	
3. 22	医用剪	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	环柄直头，全长14cm	1把	
3. 23	医用镊	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	扁柄，头端牙状，全长18cm	2把	
3. 24	医用镊	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	扁柄，无损伤，头宽1.5MM，直头，长度20CM	2把	
• 3. 25	医用镊	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	，头端网纹状，碳化钨镶片，金把尾柄，头宽1.8mm,长度20cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 26	医用镊	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	弯头宫颈钳，全长23cm	1把	
3. 27	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	两侧勾状，全长12cm	2把	
3. 28	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	4L刀柄	1把	
3. 29	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	7L刀柄	1把	
3. 30	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	7L短刀柄	1把	
3. 31	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	3L刀柄	1把	
3. 32	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头宽3.0mm,全长26cm	1把	
3. 33	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头宽1.5mm,全长26cm	1把	
3. 34	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	钢尺	1把	
3. 35	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	量规，全长20cm	1把	
3. 36	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	腱索拉钩，标准型，全长20cm	1把	
3. 37	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端90°拉钩，紧线用	1把	
3. 38	牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	直径3mm，头端可塑形	1把	
• 3. 39	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端宽8mm，长度20cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3. 40	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	头端宽10mm，长度20cm	2把	
• 3. 41	外科牵开器	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	翻叶式，叶片深10mm，叶片宽30mm，最大牵开距离50mm，臂长65mm（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3. 42	手术刀柄	医用不锈钢	用于小儿心脏外科手术基础包	圆柄，工作端刃头刀片弧形，刀刃内弯，可更换刀头，手术刀外径≥6mm，刀柄长≥200mm,手柄握持部位有花纹，其硬度不低于650HV10（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4	保修时间	≥1年				

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
5	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			