

手术器械技术参数需求表

项目编号 (或预算编号)	2022-JQ06-W3543	器械名称	链式主动脉阻断钳	总数量（单位）	1套	预算总金额（万元）	45
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		适用于大血管手术				
*2	资质认证		提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证				
3	技术和性能参数						
	器械名称		主材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)	数量(单位)	
• 3.1	链式主动脉阻断钳		医用不锈钢	经胸腔，微创主动脉阻断	1. 钳头部角度≥120° 2. 钳胶钳头 3. 钳头长度≥70mm 4. 阻断钳杆为可伸缩滑套及铰链结构，保护套闭合时固定角度，铰链多角度可调 5. 链长120mm-200mm 6. 指圈手柄带锁（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4	保修时间		≥1年				
5	交货期		合同签订后3个月内交货				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。							