

手术器械技术参数需求表

项目编号 (或预算编号)	2022-JQ06-W3542	器械名称	小儿血管手术器械包	总数量（单位）	2包/套	预算总金额 (万元)	48
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求				备注
*1	基本要求		适用于小儿血管手术				
*2	资质认证		提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证				
3	技术和性能参数						
	器械名称	材质	操作方式	规格型号 (直径、长度等)		数量 (每套)	
• 3.1	止血钳		医用不锈钢	用于小儿血管手术	环柄，头端C型，无损伤，全长18cm（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.2	止血钳		医用不锈钢	用于小儿血管手术	环柄，头端30° 无损伤，头长7cm，全长19cm（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
• 3.3	止血钳		钛合金材质	用于小儿血管手术	环柄，头端C型无损伤，全长17cm（需带样品）	1把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.4	止血钳		医用不锈钢	用于小儿血管手术	环柄，头端25°，无损伤，全长14.5cm	3把	
3.5	止血钳		医用不锈钢	用于小儿血管手术	环柄，头端勺型，无损伤，全长14.5cm	1把	
3.6	外科牵开器		医用不锈钢	用于小儿血管手术	头端2*3齿，全长11.5cm，带关节	1把	
• 3.7	持针钳		医用不锈钢	用于小儿血管手术	环柄，不带锁扣，头端闭合镂空长方形体设计，可闭合，用于夹持拆卸刀片，长方形内径宽≥7mm，高≥3.5mm，器械全长≥14cm（需带样品）	2把	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4	保修时间		≥1年				
5	交货期		合同签订后3个月内交货				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。							