

手术器械技术参数需求表

器械名称		心外科基础手术器械	总数量（单位）	1包/套	预算总金额（万元）	61
序号	技术和性能参数名称		招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求		适用于成人及小儿心外科基础手术			
*2	资质认证		提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证			
3	技术和性能参数					
	器械名称	材质	操作方式	规格型号（直径，长度等）	数量(单位)	
3.1	持针器	医用不锈钢加碳钨合金	用于心外科常规手术操作	金把环柄，碳钨合金镶片，直头，长度200mm	16个	
3.2	组织镊	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	无损伤齿，头端宽2mm，直头，长度200mm（需带样品）	12个	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.3	组织镊	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	无损伤齿，头端宽2.8mm 直头，长度240mm（需带样品）	12个	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.4	钢丝持针器	医用不锈钢加碳钨合金	用于心外科常规手术操作	金把环柄，碳钨合金镶片，直头，长度175mm（需带样品）	4个	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.5	拉钩	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	血管拉钩，直角，钝头，长度200mm	4个	
3.6	手术拉钩	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	静脉拉钩，深12mm，宽16mm，长度180mm	8个	
3.7	组织剪	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	组织剪，钝头弯型，长度210mm	4个	
3.8	钢丝剪	医用不锈钢加碳钨合金	用于心外科常规手术操作	金把环柄，碳钨合金镶片，长度175mm	4个	
3.9	血管扩张器（血管探条）	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	无损伤血管扩张器，头端1mm，长度190mm	2个	
3.10	血管扩张器（血管探条）	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	无损伤血管扩张器，头端1.5mm，长度190mm	2个	
3.11	血管扩张器（血管探条）	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	无损伤血管扩张器，头端2mm，长度190mm（需带样品）	2个	需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
3.12	手术剪	医用不锈钢	用于心外科常规手术操作	带涂层，金把环柄，解剖分离剪，锯齿刃口，弯型，长度230mm	4个	
*4	保修时间	≥1年				
5	交货期	合同签订后3个月内交货				

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”，“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			