

医疗设备技术需求确认表

设备名称	软性电子胸腔镜	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	45
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	适用于在内窥镜诊断或治疗中与电子内窥镜连接配套使用，将内窥镜观察人体体腔的视场区的图像进行采集、处理、存储并传输至显示屏			
*2	资质认证	具备CFDA，FDA或CE认证			
3	技术和性能参数	此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等			
3.1	参数名称				
3.1.1	白平衡功能	具备一键控制白平衡功能			
3.1.2	拍照功能	可通过适配的电子内窥镜手柄执行拍照功能			
3.1.3	文件夹命名	可以对拍摄的图片、视频所在的文件夹进行自动命名			
3.1.4	输出接口	有HDMI、USB视频信号输出接口			
3.1.5	录影、拍照分辨率	≥800 x 600			
3.1.6	自带显示屏分辨率	≥1280*800			
3.1.7	内部电源	满电续航5小时以上			
3.1.8	图像存储	≥64G内存			
3.1.9	热插拔	支持开机状态下热插拔电子内窥镜			
3.1.10	扩展及升级	强兼容性及可扩展性（电子支气管镜, 电子鼻咽喉镜，肾镜等）			
3.1.11	内置WIFI	具备WIFI功能			
3.1.12	访问控制	设备通过验证用户账户的方式来限制特定用户使用以及访问设备内部数据。			
3.1.13	显示器	≥10.1英寸			
3.2	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示			
*4	配置需求	医用内窥镜图像处理器1套、电源线1条、电源适配器1个、USB线1条			明确配置要求
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供			
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
5. 4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0. 5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5. 5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格, 提供维修工时费计算方法及价格	
• 5. 6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5. 7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护; 保修期外, 原软件维护仅收工时费	
• 5. 8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具, 资料（操作手册、维修手册等）	
• 5. 9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5. 10	交货期	合同签订后3个月内交货	
备注: 1. 加注“*”号的技术指标为关键指标, ≥1项未达到招标文件要求, 即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			