

医疗设备技术需求确认表

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
*1	基本要求	用于去除多余毛发	
*2	资质认证	具备NMPA	
3	技术和性能参数		
3.1	激光器波长：	808nm±10nm	
3.2	照射面积：	≥10mm×12mm	
• 3.3	能量密度：	≥60J/cm ² （可升级至120 J/cm ² ）	
3.4	频率	≥5Hz	
• 3.5	脉宽：	≥300ms	
• 3.6	脉冲输出方式：	双子脉冲	
3.7	皮肤端冷却温度：	0-15℃（可调）	
3.8	温度监控：	具备即时屏幕可视温控	
3.9	工作模式：	至少具备快速脱毛、冰点脱毛、痤疮治疗、嫩肤治疗	
3.10	操作术式：	具备滑动式治疗	
3.11	操作界面：	≥8.4英寸彩色液晶触摸屏	
3.12	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示	
*4	配置需求	主机1台、激光治疗头1套、防护眼镜1副、防护眼罩1套、脚踏开关1个、电源线1条、加水装置1套、用户使用说明书1份	
5	售后条款		
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。	
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供	
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报	
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格	
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费	

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）	
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			