

采购需求表（物资类）

			项目名称	H0：YAG激光治疗机	最高限价（万元）	49	
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容			是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求							
1	基本要求	★	用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固			否	注册证或彩页或企业承诺
2	标准规范	★	具备NMPA认证			否	注册证
3	光纤终端输出		≥50W			否	
4	光纤末端单脉冲能量		0.5J~4.5J			否	
5	激光能量输出不稳定性	▲	±5%			否	检验报告
6	激光输出功率的复现性	▲	±5%			否	检验报告
7	工作激光输出波长		2100nm			否	
8	脉冲重复频率		5Hz~30Hz可调			否	
9	脉冲宽度范围	▲	200 μ s~800 μ s可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围 ≥600 μ s			否	检验报告或彩页
10	激光耦合效率		激光耦合效率 ≥80%			否	
11	光纤	▲	光纤 ≥4种，至少包含200 μ m、272 μ m、365 μ m、550 μ m			是	设备注册证
12	芯径200 μ m光纤	▲	有效传输功率 ≥10W，越大越优			是	检验报告
13	芯径272 μ m光纤	▲	有效传输功率 ≥20W，越大越优			是	检验报告
14	护眼指示光		颜色亮度可调			否	
15	全触摸彩色控制屏		具备			否	
16	激光冷却系统		水冷			否	
17	主机噪声		≤65dB			否	
18	连续工作时间		≥8小时			否	
19	配置要求	★	主机1台、脚踏开关1套、光纤剥离器1把、光纤切割笔1把、激光防护镜1副			否	企业承诺
20	配套耗材（试剂）要求	★	封闭耗材（试剂）			否	厂家承诺及注册证
经济要求							
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后接甲方通知1个月内交付，交付地点由甲方指定。			否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）			否	企业承诺

3	履约保证金和质量保证金	★	验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余 5%（不超过5%）	否	企业承诺
4	产品包装和运输要求	★	按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。	否	企业承诺
5	售后服务1（质保）	★	原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）。	否	原厂授权或企业承诺
6	售后服务2（质保）	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。	否	企业承诺
7	售后服务3（质保）	★	提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。	否	企业承诺
8	售后服务4（响应时间）	★	维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。	否	企业承诺
9	备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。	否	企业承诺
10	物资编目编码、打码贴签要求	★	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。	否	企业承诺
	技术偏离要求	▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分			
		▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分			
	供应商资格	医疗器械经营许可证			

附件7-2

设备配套耗材（试剂）用量测算表

采购单位：（业务部门盖章）

项目名称	H0:YAG激光治疗机		采购计划编号	2024-08YL-055		
封闭耗材（试剂）描述	耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。					
序号	配套耗材（开展项目）名称	※耗材规格	预估2年用量	计量单位	最高限价（万元）	备注
1	一次性使用无菌医用激光光纤	根	100	根	80	
2	一次性使用无菌医用激光光纤	根	50	根	40	
需求部门						
<p>注：1. 封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；</p> <p>2. 如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格；</p> <p>3. 预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；</p> <p>4. 计量单位为最小使用单位；</p> <p>5. 最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。</p>						