

医疗设备技术需求确认表

设备名称	药柜	总数量 (台/套)	30	预算总金额 (万元)	12
序号	技术和性能参数 名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于药品存放			
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸	(900mm×600mm×1800mm) ±20%			
3.2	整体结构	上层为推拉门设计，内嵌玻璃，三层搁板， 高低可调，可以锁闭 下层为钢制对开门，内侧有一层活动搁板， 可以锁闭			
3.3	玻璃	≥5mm 厚玻璃，具备优质环保胶条夹			
3.4	锁	柜门安装有锁			
3.5	承重	≥100kg			
3.6	板材厚度	≥1.2mm			
3.7	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*4	配置需求（单台套）	药柜 1 个			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					

医疗设备技术需求确认表

设备名称	急救车	总数量 (台/套)	10	预算总金额 (万元)	8
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于急救患者的医用物品存放			
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸				
3.1.1	车体长度	(720-770) mm			
3.1.2	车体宽度	(400-420) mm			
3.1.3	车体高度	(850-900) mm			
3.2	车体	车体、板材及台面均采用国标 304 优质不锈钢材质。			
3.3	工作台面	采用国标 304 优质不锈钢材质长期使用不塌陷, 下方设储物槽, 带锁			
3.4	抽屉				
3.4.1	抽屉数量	≥2 个			
3.4.2	抽屉轨道	抽屉滑轨为双节静音滑轨			
3.4.3	抽屉	抽屉顶采用厚 1.0mm 不锈钢 304 拉丝板			
3.4.4	锁	采用优质转舌锁			
3.5	脚轮				
3.5.1	脚轮规格	≥ φ 125mm			
3.5.2	脚轮数量	四个			

3.5.3	脚轮功能	脚轮采用优质静音万向轮，对角刹车。内置高耐磨自润滑轴承，优质耐磨轮体，可有效防止头发等异物缠绕，运转灵活，长期使用无噪音、不生锈	
3.6	防碰撞	配不锈钢防撞围栏	
3.7	输液架	具备输液架	
3.8	污物桶	具备污物桶	
3.9	承重	≥100kg	
*4	配置需求（单台套）	急救车 1 辆	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			

医疗设备技术需求确认表

设备名称	治疗车	总数量 (台/套)	20	预算总金额 (万元)	8
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于治疗患者的医用物品存放			
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸				
3.1.1	车体长度	(720-750) mm			
3.1.2	车体宽度	(400-450) mm			

3.1.3	车体高度	(870-910) mm	
3.2	车体	框架采用优质 304 不锈钢管材	
3.3	工作台面	台面采用国标 304 优质不锈钢材质长期使用不塌陷。	
3.4	车体结构	双层设计，每层下面均焊有支撑管, 三面护栏。顶层配有抽屉，采用静音滑轨，抽拉轻松灵活	
3.4.1	抽屉数量	≥1 个	
3.4.2	抽屉轨道	抽屉滑轨为双节静音滑轨	
3.5	脚轮		
3.5.1	脚轮规格	≥ φ 125mm	
3.5.2	脚轮数量	四个	
3.5.3	脚轮功能	脚轮采用优质静音万向轮，对角刹车。内置高耐磨自润滑轴承，优质耐磨轮体，可有效防止头发等异物缠绕，运转灵活，长期使用无噪音	
3.6	防撞围栏	具备防撞围栏	
3.7	污物桶	具备污物桶	
3.8	承重	≥100kg	
3.9	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况	
*4	配置需求（单台套）	治疗车 1 辆	

备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。

2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。

3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。