

医疗设备技术需求确认表

设备名称	敷料柜	总数量 (台/套)	30	预算总金额 (万元)	12
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	存放医院敷料等物品			
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系和 ISO13485 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸				
3.1.1	柜体长度	(900-950) mm			
3.1.2	柜体宽度	(400-450) mm			
3.1.3	柜体高度	(1700-1750) mm			
3.2	柜体	主体采用冷轧钢板喷塑处理, 耐久防锈, 抗腐蚀。底座采用优质 304 不锈钢板材			
3.3	整体结构	≥6 层搁板, 推拉门设计, 内嵌玻璃, 高低可调, 可以锁闭			
3.4	玻璃	玻璃厚≥5mm			
3.5	锁	柜门安装有锁			
3.6	承重	≥100kg			
3.7	板材厚度	≥1.2mm			
3.8	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*4	配置需求（单台套）	敷料柜 1 个			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					

