

医疗设备技术需求确认表

设备名称	台式多速离心机	总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	10
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于细胞及培养上清收集			
2	技术和性能参数				
*2.1	最大容量	水平转子≥4*200ml, 角转子≥6*80ml			
*2.2	最大转速	≥13500rpm			
2.3	离心计时	1min - 99min, 具备定速计时功能, 达到预定转速后开始倒计时			
• 2.4	气密性证明	第三方检验机构进行测试并认证，可高温高压灭菌			
• 2.5	快速锁定	转子/吊篮盖具备快速打开或锁紧功能			
• 2.6	加速/减速	加速和减速挡位：≥10 档，加速≤35s，减速≤40s			
2.7	瞬时离心	可调整设置瞬时离心力			
2.8	预储存程序	可选择程序记忆功能，存储≥35 个用户程序			
2.9	自动开盖	离心结束后, 离心机盖自动开启, 防止样品过热			
• 2.10	噪音水平	角转子≤50 dB(A)			
*2.11	尺寸	设备高度≤35cm，最大开盖高度≤75 cm			
2.12	报警及安全指标	设备具备指标异常提示和安全警告功能			
2.13	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*3	配置需求	主机*1、水平转子*1、15ml 锥形离心管适配器*1、50ml 锥形离心管适配器*1、2ml 离心管适配器*1			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					

