

医疗设备技术需求确认表

设备名称	可移动托盘	总数量（台/套）	30	预算总金额（万元）	6
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于临时摆放手术器械			
*2	资质认证	厂家具备ISO9001质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸	（600×400）mm，高度（900～1250）mm可调，误差±10mm			
3.2	主体结构	单杆升降			
3.3	主体材质	国标S304不锈钢			
3.4	主材规格	板材厚度≥1.0mm			
3.5	脚轮	Φ75mm全ABS外罩双轴承静音轮，轮面 pu材质，防锈防卷发			
3.6	承重	≥50公斤			
*4	配置需求（单台套）	车辆主体一台			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					