

采购需求表（物资类）

项目名称		吸引器	最高限价（万元）	8（8台）	
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容	是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求					
1	基本要求	★	适用于手术时吸引脓血、浓痰和黏质液体及其他需要负压的场合	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
2	标准规范	★	具备 NMPA（CFDA）认证	否	认证材料
3	极限负压值	▲	≥0.09MPa	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
4	压力调节范围		0.02MPa～极限负压值	否	
5	抽气速率	▲	≥80L/min	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
6	安全装置	▲	具有溢流保护装置，可防止液体进入泵体	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
7	贮液瓶容量		≥4L	否	
8	噪音		≤70dB	否	
9	移动方式	▲	具备脚轮，刹车轮≥2个	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
10	配置要求（单台套）	★	主机1个、贮液瓶2个	否	企业承诺
<p>注：1. ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分</p> <p>2. 采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；</p> <p>3. ★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；</p>					

