

医疗设备技术需求确认表

设备名称	可移动托盘	总数量（台/套）	30	预算总金额（万元）	6
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于临时摆放手术器械			可提供承诺函
*2	资质认证	厂家具备 ISO9001 质量管理体系认证			
3	技术和性能参数				
3.1	规格尺寸	≥(480×350) mm，高度（900～1250）mm 可调，误差±10mm，可定制			
3.2	主体结构	单杆升降			
3.3	主体材质	至少为 304 不锈钢			
3.4	主材规格	板材厚度≥1.0mm			
3.5	脚轮	φ 75mm 全 ABS 外罩双轴承静音轮，轮面 pu 材质，防锈防卷发			
3.6	承重	≥50 Kg			
*4	配置需求（单台套）	车辆主体一台			
<p>备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。</p> <p>2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。</p> <p>3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。</p>					