

采购需求表（物资类）

项目名称		纤支镜洗消机		最高限价（万元）	10
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容	是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求					
1	基本要求	★	适用于医院内对各种软式内镜自动完成清洗	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
2	标准规范	★	具备 NMPA (CFDA) 认证。	否	认证材料
3	清洗程序	★	可自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、添洗、酒精风干、空气吹干等程序。	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
4	清洗时间		≤25min	否	
5	测漏		具备≥2 种，保证实时可见的内镜状态	否	
6	消毒剂浓度检测	▲	配备集成式消毒剂浓度检测口，实时检测消毒剂最低推荐浓度	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
7	无洗涤循环		装配无洗涤循环，满足规范对于每日首次使用内镜消毒的要求	否	
8	消毒剂自动排放功能		具有消毒剂自动排放功能	否	
9	管道检测		具有独立管道检测，以监测酶液，消毒液和槽水位的适当灌注和接触	否	
10	消毒记录		可选配原厂电子追溯系统，提供电子洗消数据追溯记录	否	

11	操作界面		触摸屏操作界面	否	
12	循环运行		独立双缸循环系统，可同时清洗两条不同品牌不同型号的软式内镜	否	
13	兼容性		机器为内镜开放平台，适用于对各种软式内镜进行清洗消毒	否	
14	清洗消毒方式	▲	具备浸泡式消毒方式和旋转喷淋式清洗消毒方式，旋转喷淋臂≥3个	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
15	温度控制		消毒液箱设有可升级加热装置，根据消毒液要求自动加温并恒温；	否	
16	漂浮装置		消毒槽防内镜漂浮装置，保证内镜在清洗消毒时全浸没	否	
17	内镜管道连接器		具有专用的内镜管道连接器，保证连接安全准确	否	
18	计数功能		自动记录消毒剂使用的消毒循环数及消毒剂使用的天数，在达到规定循环数后提醒更换消毒剂。	否	
19	消毒液存储		低容量消毒液存储设计	否	
20	自身清洗消毒功能	★	具备自消毒程序，可对机器自身所有的内部全管道及槽盖进行循环冲洗或浸泡消毒，定期进行；	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
21	自动锁盖保护		装配防意外运行自动锁盖保护系统，完全避免消毒剂挥发气体外泄。	否	
22	报警及安全指标		消毒液储量不足机器自动报警	否	
23	配置需求	★	主机一台及内镜清洗工作站1套（含洗消槽及干燥台）	否	产品彩页、说明书或技术白皮书

注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离 $\geq 50\%$ ，投标企业技术分值为0分；

