

医疗设备技术需求确认表

设备名称	冷冻台	总数量 (台/套)	4	预算总金额 (万元)	20
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于病理尸检标本制作过程中蜡块的冷冻处理			
2	技术和性能参数				
*2.1	温度范围	≥（常温~-10）℃，温度可调			
• 2.2	台面大小	≥ (340*300)mm，可存放≥65 个包埋盒标准模具			
• 2.3	控制器	设置自动开关机、节假日时间，有休眠功能			
• 2.4	冷却系统	无氟制冷			
2.5	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示			
*3	配置需求（单台套）	主机及附件各一套			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。					
2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。					
3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					