

## 医疗设备技术需求确认表

设备名称	制冰机	总数量（台/套）	2	预算总金额（万元）	8
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于发热患者、急抢救患者物理降温			企业承诺
2	技术和性能参数				
*2.1	制冰量	≥90kg/24h			
2.2	储冰容量	≥40kg			
2.3	生产冰状	块状或片状			
2.4	制冰可预约	实现可根据需求预约时间制冰			
2.5	取冰箱口	倾斜面门向上推可打开并隐藏			
2.6	储冰箱	储冰箱采用无氟聚酯发泡工艺保温层，保温性能强			
2.7	全自动功能	可全自动电脑控制进水、排水、制冰、脱冰工作			
2.8	制冷方式	风冷，采用无氟冷媒			
2.9	报警及安全指标	设备出现制冰问题后会暂停制冰并提示报警			
*3	配置需求	主机 2 台，管路 2 套，取冰铲 2 个			
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。					