

采购需求表（物资类）

项目名称		恒温箱		最高限价 (万元)	12（4台）
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容	是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求					
1	基本要求	★	应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温及常规医疗器械（如高温瓶）和腔镜类器械物品的恒温和干燥	否	产品彩页、说明书或技术白皮书
2	加热方式		电加热	否	
3	感温探测器		具备温感探头，能够显示箱体内部温度	否	
4	温控精度		≤±1℃	否	
5	风道系统		≥6通道送风风道	否	
6	控制系统		具备显示屏，能够显示实时温度等设置信息，中文界面	否	
7	存放区		≥2个独立控温区，均有独立加热系统，能独立控制墙体内温度	否	
8	上温区控温区间		(37~80)℃，可放置高温瓶等的较高器械	否	
9	下温区控温区间		(37~80)℃，可放置棉被、床单类的大体积物品	否	
10	上温区容积		≥100L	否	
11	下温区容积		≥100L	否	
12	腔体		内胆 SUS304 钢材，外壳冷轧钢喷塑	否	

13	配置要求	★	设备主机 4 台	否	企业承诺
<p>注：1. ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；</p> <p>2. ★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；</p> <p>3. ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离$\geq 50\%$，投标企业技术分值为 0 分；</p>					