

采购需求表（物资类）

项目名称		X射线放射治疗系统		最高限价 (万元)	470
序号	需求名称	参数性质	需求具体内容	是否量化	备注（证明材料等其他要求）
技术要求					
1	基本要求	★	用于对实体病灶及其他适合放射治疗的病灶进行浅层辐照治疗。	否	企业承诺
2	基本要求	▲	可应用于瘢痕疙瘩的浅层辐照治疗	否	产品彩页
3	标准规范	★	具有CFDA认证	否	注册证
4	标准规范	▲	具有FDA认证	否	注册证
5	自动校准与验证X光照射的能量和精确度功能	★	具备	否	企业承诺
6	球管持续工作时间	▲	≥3000小时	否	企业承诺
7	治疗参数	★	≥3种	否	企业承诺
8	管电压	▲	40kVp - 150kVp	否	企业承诺
9	管电流	▲	8mA-10mA	否	企业承诺
10	自动变换过滤器	▲	具备	否	企业承诺
11	屏幕显示		具有物理能量测量程序现实、累计剂量显示、自动加热状态显示、曝光时间控制显示	否	
12	球管定位		≥180度的水平和垂直移动	否	
13	辐射导入器尺寸		≥5种可供选择	否	
14	配置要求1	★	主机1台、操作控制台一个、铅防护罩一套、电源箱一个	否	企业承诺

15	配置要求2	★	限束器≥5个	否	企业承诺
16	验收标准方法	★	按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。	否	企业承诺
经济要求					
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。	否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。	否	企业承诺
3	履约保证金/质量保证金	★	验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）	否	企业承诺
4	※产品包装和运输要求	★	按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。	否	企业承诺
5	※售后服务1	★	保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）。	否	原厂授权（企业承诺）
	（质保）				
6	※售后服务2	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。	否	企业承诺
	（质保）				
7	※售后服务3	★	提供不少于1人次、2天的工程师维修培训。	否	企业承诺
	（质保）				
8	※售后服务4	★	维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤48小时。	否	企业承诺
	（响应时间）				
9	※备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。	否	企业承诺
10	※专用工具	★	描述应提供的配套专修工具和使用工具。	否	企业承诺
11	※物资编目编码、打码贴签要求	★	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。	否	企业承诺
3	技术偏离要求	▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分			
		▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分			