

采购需求表（物资类）

项目编号		2025-JQ06-W3011		项目名称		超声多普勒胎儿监护设备		最高限价（万元）		24				
序号		需求名称		参数性质		需求具体内容					是否量化		备注（证明材料等其他要求）	
技术要求														
1		基本要求		★		可实时监护胎心率、宫缩压力、胎动、母亲生理参数（母亲心率、血压、血氧、脉搏）等，且可打印报告					否		注册证、彩页或技术白皮书	
2		标准规范		★		具有NMPA认证					否		注册证	
3		胎动监测模式				手动或自动胎动监测，显示并打印胎儿活动图					否			
4		多胎监测功能				支持升级至少双胎以上监测功能					否			
5		母亲心率采集方式		▲		在宫缩压力探头上外接电极套进行采集，无需其他导联线					否		彩页或技术白皮书	
6		母亲心电、血氧、体温、血压监测功能				具备					否			
7		信号质量监测功能				具有超声传感器信号质量指示功能					否			
8		操作屏幕		▲		≤14英寸触摸屏，分辨率≥1920*1080					否		彩页或技术白皮书	
9		操作界面				中英文操作界面，支持全键盘中文孕妇信息输入，支持接入扫码枪					否			
10		评估模式		▲		至少具备NST三分类和NICHD三分类四种以上的分析评估方法（种类越多越优）					是		彩页或技术白皮书	
11		胎心率与母亲心率重合报警功能				具备					否			
12		强宫缩禁止监测血压功能		▲		强宫缩时监护仪会禁止血压测量，并在监护界面具有提示信息					否		彩页或技术白皮书	
13		预警功能		▲		至少具有CTG预警、低变异性预警、心动过速、延迟减速等预警					否		彩页或技术白皮书	
14		胎心率监测范围				（50-240）bpm, 胎心异常报警范围可自己调节					否			
15		存储功能		▲		波形储存时长≥3000小时（胎儿监测时间）					否		彩页或技术白皮书	
16		探头连接口				插口可任意匹配同品牌探头插头					否			
17		打印功能				具备内置打印功能					否			
18		防护等级				主机防护等级不低于 IPX2，探头防护等级不低于 IP68					否			
19		通讯接口				内置通讯接口，支持接入中央站组成网络系统					否			

20	配置要求	★	共4套，每套包含主机1台，纽扣式绑带2条，胎监打标器2个，超声探头1个，宫缩压力探头1个，体表体温探头1个，心电电极套1个，血氧探头转接线1个，可重复用血压袖套2个，心电导联线1个，血压延长管1个，手指血氧传感器1个, 打印纸25本。	否	企业承诺及配置清单
经济要求					
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。	否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）	否	企业承诺
3	履约保证金和质量保证金	★	验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余 5%（不超过5%）	否	企业承诺
4	产品包装和运输要求	★	按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。	否	企业承诺
5	售后服务1（质保）	★	原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）。	否	原厂授权或企业承诺
6	售后服务2（质保）	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。	否	企业承诺
7	售后服务3（质保）	★	提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。	否	企业承诺
8	售后服务4（响应时间）	★	维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。	否	企业承诺
9	备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。	否	企业承诺
10	物资编目编码、打码贴签要求	★	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。	否	企业承诺
3	技术偏离要求	▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分			
		▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分			