

# 采购需求表（物资类）

			项目名称	全数字掌上彩色多普勒 超声诊断仪	最高限价 (万元)	33.56	
序号	需求名称	参数 性质	需求具体内容			是否量化	备注（证明材料等 其他要求）
技术要求							
1	基本要求	★	具备小器官、外周血管、心脏、腹部、妇产、肺部 等检查模式			否	企业承诺
2	标准规范	★	通过NMPA认证			否	NMPA认证材料
3	检查模式	▲	可通过探头接口切换线阵、凸阵探头			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
4	预设功能		可调节可保存应用预设功能，可保存适合各类用户 的图像参数			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
5	成像模式		支持二维，彩色多普勒，M 模式，PW脉冲多普勒， 能量多普勒			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
6	二维灰阶成像		支持基波和谐波成像			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
7	频率范围	▲	2.5MHz-8.5MHz			是	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
8	阵元数		≥96			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
9	扫描范围		≥180°			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
10	扫描深度	▲	最浅≤2cm；最深≥35cm			是	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
11	TGC		≥6段，分段可调			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
12	动态范围		最小≤35；最大≥220			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
13	PW		最小血流速度≤1.0cm/s； 最大血流速度≥1200cm/s			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
14	取样容积		1-20mm任意可调			是	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
15	电影回放		支持逐帧的手动回放和速度可调的自动回放			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
16	一键优化		支持一键优化功能			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
17	自动计算功能	▲	自动检测和计算膀胱容量			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
18	穿刺针增强显像	▲	具备穿刺针增强显像功能			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页
19	中英文切换		支持			否	技术白皮书或检测 报告或产品彩页

20	电池续航		B模式下工作不小于60分钟	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
21	充电模式		平板电脑支持快充和普通充电模式	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
22	探头防水功能		具备防尘防水功能，防尘防水等级 $\geq$ IPX7	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
23	数据输出		支持Dicom 3.0数据输出	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
24	连接方式	▲	具备有线连接方式，内置WiFi模块	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
25	远程会诊	▲	支持远程医疗解决方案，可实现远程会诊、培训、质控、病例讨论等；支持即时传输静态和动态图像至云平台	否	技术白皮书或检测报告或产品彩页
26	配置要求（每台）	★	1、显示平板1台 2、凸阵探头1个 3、线阵探头1个	否	企业承诺
27	配套耗材（试剂）要求	★	无封闭耗材（试剂）	否	厂家承诺
28	验收标准方法	★	按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。	否	企业承诺
经济要求					
1	交货时间、交货地点	★	合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。	否	企业承诺
2	付款及结算方式	★	签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）	否	企业承诺
3	履约保证金/质量保证金	★	无	否	企业承诺
4	产品包装和运输要求	★	按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。	否	企业承诺
5	售后服务1（质保）	★	保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算）。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。	是	原厂授权（企业承诺）
6	售后服务2（质保）	★	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。	否	企业承诺
7	售后服务3（质保）	★	提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。	否	企业承诺
8	售后服务4（响应时间）	★	维修响应时间 $\leq$ 1小时，维修到达现场时间 $\leq$ 4小时。	否	企业承诺
9	备品备件要求（零配件）	★	由供应商承诺设备零配件供应 $\geq$ 8年	否	企业承诺
10	专用工具	★	配套扳手	否	企业承诺
11	物资编目编码、打码贴签要求	★	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。	否	企业承诺
3	技术偏离要求	▲标识的指标负偏离 $\geq$ 4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离 $\geq$ 5项，投标企业技术分值为0分			