

## 医疗设备技术需求确认表

设备名称	床单位消毒机	总数量（台/套）	7	预算总金额（万元）	14
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒			
2	技术和性能参数				
• 2.1	消毒功能选择	可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序，可全自动完成			
2.2	消毒因子	臭氧消毒			
• 2.3	臭氧产出量	≥5000mg/h			
• 2.4	臭氧浓度	≥1500mg/m <sup>3</sup>			
• 2.5	臭氧残留量	消毒袋内≤0.08mg/m <sup>3</sup> ，消毒罩内≤0.09mg/m <sup>3</sup>			
• 2.6	消毒效果要求				
2.6.1	对大肠杆菌	杀灭对数值≥3			
2.6.2	对金黄色葡萄球菌	杀灭对数值≥3			
2.6.3	对白色念珠菌	杀灭对数值≥3			
• 2.7	消毒方式	可双管路消毒，至少可同时消毒2个床单位、4床被褥进行消毒			
2.8	显示	彩色触控屏			
2.9	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、屏幕显示报警信息			
2.10	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*3	配置需求	主机1台，消毒软管≥2根，一次性消毒袋≥4个，一次性消毒罩≥4个（可选配多次性消毒袋和多次性消毒罩，每种至少1个）			
*4	配套试剂耗材	具体年用量详见附件			

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表

设备名称	床单位消毒剂		设备采购计划编号	
序号	一次性耗材名称	简称	单台设备配套耗材 预估3年用量	备注
1	一次性消毒床罩	一次性消毒床罩	6000张	

说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。