

医疗设备技术需求确认表

设备名称	消毒柜	总数量 (台/套)	2	预算总金额 (万元)	10
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于医院的复用医疗器械,常规基础机械的日常灭菌。			
*2	资质认证	具备特种设备设计许可证、特种设备制造许可证			
3	技术和性能参数				
*3.1	容积	≥45 升			
3.2	腔体材质	304 不锈钢			
3.3	设计压力	≥ (-0.1~0.3)MPa			
3.4	设计温度	144℃			
• 3.5	灭菌压力	≥ (-0.1~0.26)MPa 可调			
• 3.6	灭菌温度	≥ (105~138)℃可调			
3.7	灭菌时间	≥ (0~99) min 可调			
• 3.8	使用寿命	≥8 年或 16000 次循环			
3.9	开关门方式	电机驱动侧开自动门			
3.10	安全连锁	设备具备压力安全连锁			
3.11	自动控制阀	电磁阀控制			
3.12	压力传感器	独立压力传感器			
*3.13	蒸汽产生方式	内置即时蒸发器			
3.14	储水装置	内置单水箱,同时一次加水可运行多次程序,水箱容积≥6L			

3.15	操作方式	触摸感应式操作	
3.16	水质检测功能	具备水质检测功能，检测不通过停机报警	
3.17	打印功能	内置微型热敏打印机	
• 3.18	程序	设备需至少具备裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序	
3.19	预设程序	可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序全自动完成	
3.20	保护装置	设备具备超温自动保护装置，超压双重保护；过流保护装置	
3.21	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况	
*4	配置需求（单台套）	主机 1 台	
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标， ≥ 1 项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。			