

## 医疗设备技术需求确认表

设备名称	全自动抗酸染色仪		总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	15
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注	
*1	基本要求	用于临床各类微生物涂片标本抗酸染色				
*2	资质认证	设备通过NMPA一类备案认证				
3	技术和性能参数					
*3.1	通量及功能	载片量≥16个，适用于抗酸染色和革兰染色双模式				
• 3.2	自动化	染色过程全自动；双通道染色管路				
3.3	样品处理程度	染色完成时，自动离心干燥，直接用于镜检				
• 3.4	染色方法	至少包括冷染、热染和荧光染色法				
• 3.5	染色模式	采用注液离心浸染方式，配备抗酸染色质控片				
3.6	染色效率	抗酸染色（荧光法）≥90玻片/小时，抗酸染色（冷染法）≥60玻片/小时				
3.7	染色速度	单次染色时间≤10 分钟				
3.8	染液用量	每张玻片用量≤2ml				
3.9	操作环境	全封闭系统				
3.10	操作方式	按键操作，可自定义玻片数目				
3.11	样品适用	通过自动调节，实现不同的浓度的样本检测				
3.12	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示				
3.13	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况				
*4	配置需求					
4.1	软件	配套软件1套				
4.2	硬件	自动染片机主机1台				
*5	配套试剂耗材	具体年用量详见附件				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。						
2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。						
3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。						

医疗设备配套封闭耗材用量测算表

设备名称	全自动抗酸染色仪		设备采购计划编号	
序号	检测（治疗）项目	简称	单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台）	备注
1	涂片查抗酸杆菌	涂片查抗酸	24000	
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的 的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。				