

医疗设备技术需求确认表

设备名称	绝缘检测仪		总数量（台/套）	1	预算总金额（万元）	6
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注	
*1	基本要求	检测电外科器械的绝缘性能，避免绝缘层瑕疵导致漏电从而增加手术中灼烫伤等医疗事故的风险。				
2	技术和性能参数					
2.1	操作界面	液晶触摸屏操作				
• 2.2	电压检测范围	≥（0.5~10）kV 可调节				
• 2.3	检测模式	可以检测双极、单极器械、导线等。可根据器械的实际工作要求设置自用检测电压				
2.4	验证及校准	可利用校检设备对机器进行验证和校准				
2.5	结果判读	具有视频报警和音频报警功能，提示检测结果				
2.6	结构外壳	外壳整体密封，整机可以擦拭消毒				
• 2.7	工作电源	电池供电				
2.8	报警及安全指标	设备指标异常提示和安全报警声、光指示				
2.9	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况				
*3	配置需求	主机一台、毛刷一副、测试电缆一条、通用夹一个				
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。 3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。						